



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 января 2016 года № РЗН 2016/3625

На медицинское изделие

Электрозапаиватель полимерных магистралей "Т-Солдер" ("T-Solder")
по ТУ 9452-004-65614693-2014

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДКОР" (ООО "ЛИДКОР"),
Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23,
оф. 204

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДКОР" (ООО "ЛИДКОР"),
Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23,
оф. 204

Место производства медицинского изделия

620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

Номер регистрационного досье № РД-8471/35268 от 09.09.2015

Вид медицинского изделия 116950

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5250

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 января 2016 года № 689
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0016136

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 января 2016 года № РЗН 2016/3625

Лист 1

На медицинское изделие

Электрозапаиватель полимерных магистралей "Т-Солдер" ("T-Solder")
по ТУ 9452-004-65614693-2014

Варианты исполнения:

1. Электрозапаиватель полимерных магистралей «Т-Солдер - 01» («T-Solder - 01»),
в составе:

- электрозапаиватель полимерных магистралей - 1 шт.;
- кабель электропитания сетевой - 1 шт.;
- брызгозащитный экран - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- памятка для персонала - 1 шт.

2. Электрозапаиватель полимерных магистралей «Т-Солдер - 02» («T-Solder - 02»),
в составе:

- электронный блок запаивателя - 1 шт.;
- выносная запаивающая головка - 1 шт.;
- соединительный ВЧ-кабель - 1 шт.;
- кабель электропитания сетевой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- памятка для персонала - 1 шт.

3. Электрозапаиватель полимерных магистралей «Т-Солдер - 03» («T-Solder - 03»),
в составе:

- электронный блок запаивателя - 1 шт.;
- выносная запаивающая головка - 1 шт.;
- соединительный ВЧ-кабель - 1 шт.;
- зарядное устройство - 1 шт.;
- сумка для переноски - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- памятка для персонала - 1 шт.

Z

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0016340