



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991

Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31;

E-mail: [info@gost.ru](mailto:info@gost.ru)

<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232

ИНН/КПП 7706406291/770601001

Директору  
ООО «Лидкор»  
Улыбину А.И.

620102, г. Екатеринбург,  
ул. Посадская, д.23, оф. 204

01.12.2011 № 62-101-32/10040

На № \_\_\_\_\_

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии рассмотрена заявка (вх. от 01.09.2011 г. № 120/8247) ООО «Лидкор», г. Екатеринбург об отнесении технического устройства «Миксер донорской крови «Б.МИКС (В.МІХ)» к средствам измерений.

На основании экспертного заключения ФГУП «ВНИИОФИ» от 22.11.2011 г. № 9-15/6637 «Миксер донорской крови «Б.МИКС (В.МІХ)» не относится к средствам измерений.

Е.Р. Петросян